


ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Serra Caiada

Prefeitura Municipal de Serra Caiada
Prefeitura Municipal de Serra Caiada

Registro de Preços Eletrônico nº 008/2020



Às 09:01 do dia 02/09/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é aquisição de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID-19 IgG/IgM, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de acordo com a lei 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Serra Caiada/RN. Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/08/2020 09:52	27/08/2020 09:53	01/09/2020 08:00	02/09/2020 09:00	02/09/2020 09:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
09/07/2020 08:00	15/07/2020 12:00	16/07/2020 09:00	16/07/2020 09:01	14/08/2020 10:39	Abraão Allan Miranda da Silva

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
21/08/2020 - 11:39	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO	21/08/2020 - 15:58	Indeferido	Pedido : 012021EquilibriumProcuraaAoGoSimoneSubstabelecerDeclaraaaao

Pedido de impugnação quanto a especificação técnica e INMETRO.

A impugnação atendeu ao critério de tempestividade e legitimidade, fato este que deve ser conhecida, entretanto decidido pela improcedência do pedido formulado, por falta de fatos fundamentados. Entretanto da análise do pedido de esclarecimento, o referido pregão será suspenso "sine die" tendo em vista o setor requisitante solicitar alteração no termo de referência.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
21/08/2020 - 08:30	Esclarecimento Medlevensohn	21/08/2020 - 15:39

Dúvida: Prezados, Interessada em participar do certame em tela, serve o presente para solicitar o seguinte esclarecimento: 1. Será necessário que o produto cotado apresente resultado diferenciado para IgG e IgM? Isso porque tal diferenciação é de grande importância e utilidade para a testagem e identificação do estágio da contaminação, para saber se a pessoa testada está com a Infecção ou se a pessoa teve contato com o agente infeccioso. 2. Importante informar que o produto licitado (Teste Rápido COVID-19) não está sujeito à certificação do INMETRO, motivo pelo qual não deveria constar tal exigência no descritivo do edital, de modo que se mantida, a rigor, não haverá nenhum teste que atenda ao edital. Cordialmente

Resposta: O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o adiamento "sine die" do Pregão nº 008/2020, diante da necessidade do setor requisitante em alterar o termo de referência. Objetivo de Registro de preços para aquisição de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID-19 IgG/IgM, em para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública deste município. Que será realizado no dia 24 de agosto de 2020 as 09:00 horas. A nova data de realização da sessão e de disponibilidade do edital aos interessados será divulgada oportunamente, pelos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001	Kit Reagente Para Covid-19 - Igg/Igm (teste Rápido Para Determinação de Igg e Igm). Tipos de Amostras: Soro, Plasma Ou Sangue Total. Tempo de Reação: 10 A 15 Minutos. Sensibilidade Clínica Mínima: 85%. Especificidade Clínica Mínima 90%. Acompanha Pipeta Plástica Descartável. Método: Imunocromatografia. Armazenamento: 2 A 30°c. Obs: O Produto Ofertado Deverá Ser Registrado Pela Anvisa.	98,95	3.000 UN	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/07/2020	EditalPregaoEletronicoSrp0082020TestesCovid19
14/08/2020	EDITAL REPUBLICADO-SRP 008-2020.pdf
26/08/2020	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO-SRP 008-2020 - TESTES COVID19 - 3.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
14/07/2020 - 17:24	AVISO DE SUSPENSÃO	O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o adiamento sine die do Pregão nº 008/2020, diante da necessidade do setor requisitante em alterar o termo de referência.
14/08/2020 - 10:39	Republicação do processo	A republicação do processo está em andamento
14/08/2020 - 11:56	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída

Data	Assunto	Frase
19/08/2020 - 14:37	PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS VIA EMAIL	Embora não tendo enviado o pedido de esclarecimento conforme a item 23.5 do edital, para conhecimento de todos segue o pedido de esclarecimento juntamente com as respostas. - Diferenciação de IgG e IgM necessária? RESPOSTA: Sim, conforme letra a do item 1.1.1 do edital. Podemos considerar especificações mínimas sensibilidade de 95,8%, especificidade de 94% e precisão > 99% para IGG e IGM, para participação? RESPOSTA: As condições mínimas estão descritas de forma clara e objetiva na descrição produto presente no termo de referencia anexo I do edital. - Considerando o bem maior, a saúde pública, e o emprego dos recursos públicos em produtos de qualidade, é necessário Laudo do INCQS? RESPOSTA: Sobre laudo do INCQS, sua exigência equivale à solicitação de Certificado de Boas Práticas, cuja licitude não é admitida pelo Tribunal de Contas da União, pois o mesmo não se coaduna com os requisitos de habilitação previstos na Lei 8.666/199. - Registro na ANVISA definitivo? RESPOSTA: O Registro do produto na ANVISA não precisa ser definitivo, mas DEVERÁ estar vigente na data da sessão pública, bem como na data de emissão do Documento Fiscal. (Nota fiscal); conforme letra d do item 1.1.1 do edital. Validade superior a 6 meses? RESPOSTA: O produto DEVE ter uma validade mínima de 06 (seis) meses na data de emissão do Documento Fiscal. (Nota fiscal); conforme letra e do item 1.1.1 do edital. - Necessária entrega do mesmo quantitativo de lancetas junto com os testes? RESPOSTA: Sim é necessário, conforme especificado na descrição do produto constante no termo de referencia anexo I do edital.
21/08/2020 - 08:30	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 008/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 008/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 11:39	Impugnação enviada para o processo 008/2020	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 008/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2020 - 14:23	Repúblicação do processo	A repúblicação do processo está em andamento
26/08/2020 - 14:36	Repúblicação concluída	A repúblicação do processo foi concluída
27/08/2020 - 09:51	Repúblicação do processo	A repúblicação do processo está em andamento
27/08/2020 - 09:52	Repúblicação concluída	A repúblicação do processo foi concluída
02/09/2020 - 09:30	Negociação aberta para o processo 008/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 008/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2020 - 09:30	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2020 às 10:30. Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 008/2020.
02/09/2020 - 09:34	Mensagem para negociação no processo 008/2020	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2020 - 10:51	Intenção de recurso enviada para o processo 008/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 008/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	Kit Reagente para Covid-19 - IgG/IgM (Teste Rápido para determinação de IgG e IgM). Tipos de Amostras: soro, plasma ou sangue total. Tempo de Reação: 10 a 15 minutos. Sensibilidade Clínica mínima: 85%. Especificidade Clínica mínima 90%. Acompanha pipeta plástica descartável. Método: Imunocromatografia. Armazenamento: 2 a 30°C. OBS: o produto ofertado deverá ser registrado pela ANVISA.	GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	COVID-19 IgG/IgMKit	Análisa	9,99	29.970,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
DECLARAÇÃO CONFORME DECISÃO Nº 190/2010 - TCE/RN	DECLARA, especialmente, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, ou por adoção. Ainda, Vereador ou empresa de que seja ele dirigente ou representante, em atenção a Decisão nº 190/2010 - TCE/RN.
Declaração cump. reserva cargos pessoa deficiência	Que os serviços são prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam a as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Declaração que não tem empreg. trab. degradante.	Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
Declaração de Elaboração Independente da Proposta	Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de deztois anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezessets anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, cliente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas


0001 - Kit Reagente para Covid-19 - IgG/IgM (Teste Rápido para determinação de IgG e IgM). Tipos de Amostras: soro, plasma ou sangue total. Tempo de Reação: 10 a 15 minutos. Sensibilidade Clínica mínima: 85%. Especificidade Clínica mínima 90%. Acompanha pipeta plástica descartável. Método: Imunocromatografia. Armazenamento: 2 a 30 °c. OBS: o produto ofertado deverá ser registrado pela ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.172.836/0001-90	28/08/2020 - 19:42:24	HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL ENGINEERING	HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL ENGINEERING	55,00	165.000,00	Não
Biomarchesini Produtos Científicos Ltda	80.993.751/0001-95	31/08/2020 - 08:49:28	GENRUI	GENRUI	27,60	82.800,00	Sim
ROMEIRO & ROMEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03.596.357/0001-72	31/08/2020 - 13:44:40	C6603C - 50	VAZYME/NANJING VAZYME MEDICAL TECHNOLOGY	29,80	89.400,00	Sim
SELETIVA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.940.212/0001-91	31/08/2020 - 15:52:09	ONE STEP TESTE RÁPIDO	HIGHTOP	50,00	150.000,00	Sim
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	31/08/2020 - 17:48:33	COVID-19 IgG/IgM	VIDA BIOTECNOLOGIA	45,00	135.000,00	Não
Multilaser Industrial Ltda	59.717.553/0006-17	31/08/2020 - 19:52:10	HC406	Multilaser/ZYBIO INC	50,00	150.000,00	Não
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31.556.536/0001-11	01/09/2020 - 09:25:21	TESTE RAPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX	NUTRIEX/HANGZHOU	60,00	180.000,00	Não
T M DANTAS EIRELI ME	21.129.833/0001-27	01/09/2020 - 10:33:05	GOLD ANALISA	GOLD ANALISA	35,00	105.000,00	Sim
Magnum Import Ltda	11.462.374/0001-45	01/09/2020 - 10:39:06	LEPU MEDICAL	LEPU MEDICAL	55,00	165.000,00	Não
CELER BIOTECNOLOGIA	04.846.613/0001-03	01/09/2020 - 11:43:18	One Step COVID-2019 Test	WONFO	50,00	150.000,00	Não
LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	33.175.084/0001-53	01/09/2020 - 13:25:24	"LANG SARS-CoV- 2 Antibody Test (ANVISA	"LEPU MEDICAL TECHNOLOGY / LANG"	85,00	255.000,00	Sim
LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25.226.244/0001-18	01/09/2020 - 14:39:53	Sars-Cov-2 Antibody Test Kit (cx 20und)	LECCURATE / LEPU MEDICAL TECHNOLOGY	44,98	134.940,00	Sim
PLENO DISTRIBUIDORA LTDA	26.580.885/0001-39	01/09/2020 - 15:18:36	COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST CASSETTE (WB	LUNGENE/HANGZHOU CLONGENE BIOTECH CO., L	80,00	240.000,00	Sim
SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	09.128.920/0001-64	01/09/2020 - 15:28:13	52026069	WONFO	65,00	195.000,00	Não
W. FELIPE DA SILVA ME	04.099.366/0001-10	01/09/2020 - 15:38:12	LEPPU	LECCURATE	46,00	138.000,00	Sim
FLEX HOSPITALAR LTDA	03.606.635/0001-25	01/09/2020 - 15:51:26	IGG/IGM	WAMA	60,00	180.000,00	Não
LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09.089.140/0001-52	01/09/2020 - 17:03:21	TESTE COVID	HIGHTOP/Qingdao Hightop Biotech Co.,Ltd.	70,00	210.000,00	Não
Labtest Diagnostica S/a	16.516.296/0001-38	01/09/2020 - 17:42:54	Anti COVID-19 IgG/IgM Rapid Test"	labtest	80,00	240.000,00	Não
TITANIUM SOLUCOES EM IMPORTACAO E ARMAZENAGENS LTDA	23.448.370/0001-91	01/09/2020 - 17:47:39	: kit com 20 testes rápido para COVID 19	SHANGHAI LIANGRUN BIOMEDICINE TECHNOLOGY	50,00	150.000,00	Não
UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	13.994.860/0002-10	01/09/2020 - 17:54:58	Easy Test	LEPU MEDICAL	80,00	240.000,00	Não
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	03.142.794/0001-16	01/09/2020 - 18:13:50	COVID-19 IgG/IgMKit	Análisa	50,00	150.000,00	Não
C A D COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	31.853.907/0001-27	01/09/2020 - 18:55:48	Novel (SARS-CoV- 2)Antibody(IgM/IgG)test	Biotech SOBC	13,50	40.500,00	Sim
Wama Produtos Para Laboratório Ltda	66.000.787/0001-08	01/09/2020 - 19:09:09	TESTE IMUONO-RÁPIDO COVID 19 - IgM/IgG	WAMA/WAMA	28,25	84.750,00	Não
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	01/09/2020 - 23:11:11	JDBiotech/ Sars covid	JDBiotech/ Sars covid	100,00	300.000,00	Sim
YNS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	02.462.686/0001-68	02/09/2020 - 01:06:55	YS43095	SOBC/ Shangai Outdo Biotech Co.,	30,00	90.000,00	Não
PRÓ J VENDAS EIRELI	25.261.528/0001-45	02/09/2020 - 08:01:31	Cassete	Biocon/Humasis Co.	100,00	300.000,00	Sim
HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	26.794.414/0001-23	02/09/2020 - 08:01:57	SARS-Cov-2	TKL	64,00	192.000,00	Sim
A.A. DE S. WANDERLEY	04.279.658/0001-35	02/09/2020 - 08:38:35	KIT REAGENTE	TOP MED	59,50	178.500,00	Não
Ciclo Med do Brasil Ltda.	04.737.413/0001-04	02/09/2020 - 08:56:42	SARS-CoV-2 Antibody Test	Leccurate	18,00	54.000,00	Não

Lances Enviados

0001 - Kit Reagente para Covid-19 - IgG/IgM (Teste Rápido para determinação de IgG e IgM). Tipos de Amostras: soro, plasma ou sangue total. Tempo de Reação: 10 a 15 minutos. Sensibilidade Clínica mínima: 85%. Especificidade Clínica mínima 90%. Acompanha pipeta plástica descartável. Método: Imunocromatografia. Armazenamento: 2 a 30 °c. OBS: o produto ofertado deverá ser registrado pela ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2020 - 19:42:24	55,00 (proposta)	11.172.836/0001-90	Válido
31/08/2020 - 08:49:28	27,60 (proposta)	80.993.751/0001-95	Válido
31/08/2020 - 13:44:40	29,80 (proposta)	03.596.357/0001-72	Válido



Data	Valor	CNPJ	Situação
31/08/2020 - 15:52:09	50,00 (proposta)	22.940.212/0001-91	Válido
31/08/2020 - 17:48:33	45,00 (proposta)	11.308.834/0001-85	Válido
31/08/2020 - 19:52:10	50,00 (proposta)	59.717.553/0006-17	Válido
01/09/2020 - 09:25:21	60,00 (proposta)	31.556.536/0001-11	Válido
01/09/2020 - 10:33:05	35,00 (proposta)	21.129.833/0001-27	Válido
01/09/2020 - 10:39:06	55,00 (proposta)	11.462.374/0001-45	Válido
01/09/2020 - 11:43:18	50,00 (proposta)	04.846.613/0001-03	Válido
01/09/2020 - 13:25:24	85,00 (proposta)	33.175.084/0001-53	Válido
01/09/2020 - 14:39:53	44,98 (proposta)	25.226.244/0001-18	Válido
01/09/2020 - 15:18:36	80,00 (proposta)	26.580.885/0001-39	Válido
01/09/2020 - 15:28:13	65,00 (proposta)	09.128.920/0001-64	Válido
01/09/2020 - 15:38:12	46,00 (proposta)	04.099.366/0001-10	Válido
01/09/2020 - 15:51:26	60,00 (proposta)	03.606.635/0001-25	Válido
01/09/2020 - 17:03:21	70,00 (proposta)	09.089.140/0001-52	Válido
01/09/2020 - 17:42:54	80,00 (proposta)	16.516.296/0001-38	Válido
01/09/2020 - 17:47:39	50,00 (proposta)	23.448.370/0001-91	Válido
01/09/2020 - 17:54:58	80,00 (proposta)	13.994.860/0002-10	Válido
01/09/2020 - 18:13:50	50,00 (proposta)	03.142.794/0001-16	Válido
01/09/2020 - 18:55:48	13,50 (proposta)	31.853.907/0001-27	Válido
01/09/2020 - 19:09:09	28,25 (proposta)	66.000.787/0001-08	Válido
01/09/2020 - 23:11:11	100,00 (proposta)	19.458.719/0002-80	Válido
02/09/2020 - 01:06:55	30,00 (proposta)	02.462.686/0001-68	Válido
02/09/2020 - 08:01:31	100,00 (proposta)	25.261.528/0001-45	Válido
02/09/2020 - 08:01:57	64,00 (proposta)	26.794.414/0001-23	Válido
02/09/2020 - 08:38:35	59,50 (proposta)	04.279.658/0001-35	Válido
02/09/2020 - 08:56:42	18,00 (proposta)	04.737.413/0001-04	Válido
02/09/2020 - 09:08:07	26,00	11.462.374/0001-45	Válido
02/09/2020 - 09:08:16	27,40	26.580.885/0001-39	Válido
02/09/2020 - 09:08:17	15,00	25.226.244/0001-18	Válido
02/09/2020 - 09:08:23	25,00	11.172.836/0001-90	Válido
02/09/2020 - 09:08:37	16,00	11.308.834/0001-85	Válido
02/09/2020 - 09:08:37	16,80	03.606.635/0001-25	Válido
02/09/2020 - 09:08:43	24,90	26.580.885/0001-39	Válido
02/09/2020 - 09:08:52	18,25	66.000.787/0001-08	Válido
02/09/2020 - 09:09:02	39,00	23.448.370/0001-91	Cancelado - 02/09/2020 09:10:24
02/09/2020 - 09:09:33	25,01	59.717.553/0006-17	Válido
02/09/2020 - 09:09:41	13,00	04.846.613/0001-03	Válido
02/09/2020 - 09:09:54	14,99	31.556.536/0001-11	Válido
02/09/2020 - 09:10:05	28,00	25.261.528/0001-45	Válido
02/09/2020 - 09:10:41	16,07	66.000.787/0001-08	Válido
02/09/2020 - 09:10:45	24,80	09.128.920/0001-64	Válido
02/09/2020 - 09:11:15	40,00	23.448.370/0001-91	Válido
02/09/2020 - 09:11:36	39,99	23.448.370/0001-91	Válido
02/09/2020 - 09:11:45	14,98	25.226.244/0001-18	Válido
02/09/2020 - 09:13:07	29,00	16.516.296/0001-38	Válido
02/09/2020 - 09:13:56	25,99	13.994.860/0002-10	Válido
02/09/2020 - 09:14:04	12,99	03.142.794/0001-16	Válido
02/09/2020 - 09:14:15	35,01	33.175.084/0001-53	Válido
02/09/2020 - 09:15:02	12,33	04.846.613/0001-03	Válido
02/09/2020 - 09:15:20	13,99	19.458.719/0002-80	Válido
02/09/2020 - 09:15:50	12,32	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:15:57	24,85	26.580.885/0001-39	Válido
02/09/2020 - 09:16:24	12,31	04.846.613/0001-03	Válido
02/09/2020 - 09:16:38	24,75	26.580.885/0001-39	Válido
02/09/2020 - 09:18:18	24,50	09.128.920/0001-64	Válido
02/09/2020 - 09:18:23	12,29	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:18:44	12,28	04.846.613/0001-03	Válido
02/09/2020 - 09:18:58	12,20	03.142.794/0001-16	Válido
02/09/2020 - 09:19:03	12,27	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:19:16	11,99	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:19:30	11,90	03.142.794/0001-16	Válido
02/09/2020 - 09:20:03	11,89	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:20:51	11,80	03.142.794/0001-16	Válido
02/09/2020 - 09:21:16	11,79	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:22:24	11,70	03.142.794/0001-16	Válido
02/09/2020 - 09:22:39	11,69	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:24:22	11,50	03.142.794/0001-16	Válido
02/09/2020 - 09:24:50	11,49	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:25:07	11,45	03.142.794/0001-16	Válido
02/09/2020 - 09:25:36	10,99	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:26:01	10,80	03.142.794/0001-16	Válido
02/09/2020 - 09:26:32	10,00	09.089.140/0001-52	Válido
02/09/2020 - 09:27:14	9,99	03.142.794/0001-16	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0001	02/09/2020 - 09:59:30	03.142.794/0001-16	proposta atualizada.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	------------------	---------

PMSC
 FLs. 443
 Ass
 512h
 M.J.

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:04	Rodrigo Miranda Luppi	-	ANVISA	04/05/2000	31/12/2021	Autorização da Ass Funcionamento da Empresa (AE) e/ou Autorização Especial (AE) - Emitido pela ANVISA
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:05	Rodrigo Miranda Luppi	15464475/2020	JUSTIÇA DO TRABALHO	06/07/2020	02/01/2021	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:05	Rodrigo Miranda Luppi	2020080603055341532969	caixa economica federal	06/08/2020	04/09/2020	Certificado de Regularidade Junto ao FGTS
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:06	Rodrigo Miranda Luppi	-	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	06/07/2020	02/01/2021	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:07	Rodrigo Miranda Luppi	202000407335147	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	06/07/2020	04/10/2020	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:08	Rodrigo Miranda Luppi	-	PREFEITURA BELO HORIZONTE	13/08/2020	12/09/2020	Certidão Negativa de Débitos Municipais
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:09	Rodrigo Miranda Luppi	2007-2809-3402-0842-1378	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	28/07/2020	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:10	Rodrigo Miranda Luppi	03142794000116	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	27/08/2020	-	CNPJ
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:11	Rodrigo Miranda Luppi	-	LAB SHOPPING	12/08/2020	-	Atestado de Capacidade Técnica
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:11	Rodrigo Miranda Luppi	-	-	24/05/2019	-	Contrato Social
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:12	Rodrigo Miranda Luppi	06164562635	-	-	-	CPF
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	01/09/2020 - 18:12	Rodrigo Miranda Luppi	8897380	SSPMG	30/08/2005	-	RG

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/09/2020 - 11:06		

0001 - Kit Reagente para Covid-19 - IgG/IgM (Teste Rápido para determinação de IgG e IgM). Tipos de Amostras: soro, plasma ou sangue total. Tempo de Reação: 10 a 15 minutos. Sensibilidade Clínica mínima: 85%. Especificidade Clínica mínima 90%. Acompanha pipeta plástica descartável. Método: Imunocromatografia. Armazenamento: 2 a 30 °c. OBS: o produto ofertado deverá ser registrado pela ANVISA.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.128.920/0001-64	02/09/2020 - 10:51:19	A Empresa arrematante do melhor lance, não cumpriu com as exigências do edital. A Empresa GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA, não enviou as declarações exigidas no Edital. Sr. Gregório, de forma respeitosa, gostaríamos que os senhores realizassem diligência pois o preço ofertado, se encontra muito abaixo do valor de mercado, tornando duvidoso a eficiência do teste.	Indeferido

Prezada SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, como dita o Item 4.4 do edital as declarações são assinaladas no próprio sistema eletrônico como condição de participação, por se tratar de condição prévia e não sendo necessário apresentá-las em seus documentos de habilitação. E sobre o preço ofertado pela empresa GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA, a empresa é responsável pela sua oferta, cabe ressaltar que é inviável proibir o Estado de realizar contratação vantajosa. Em relação a diligência solicitada referente à eficiência do produto ofertado, ressalta-se que como dito anteriormente a todos os licitantes no chat, a empresa classificada em 1º lugar, como condição para adjudicação do objeto, deverá enviar amostra ao setor técnico desta municipalidade para aferição da eficiência do produto ofertado, conforme consta no item do termo de referência anexo I do edital. Portanto, nesse momento, serão dirimidas quaisquer dúvidas sobre a eficiência e/ou qualidade do produto ofertado. Assim, REJEITO a intenção de recurso da recorrente, por não haver os REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL; Sucumbência, Legitimidade, Interesse e Motivação, de modo que os motivos apresentados pelo licitante possuam, em tese, "um mínimo de plausibilidade para seu seguimento", permitindo ao Pregoeiro rejeitar intenções de cunho meramente protelatório". (Acórdão nº 1.440/2007-Plenário).

Chat

Data	Apelido	Frase
08/07/2020 - 19:49	Sistema	Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
08/07/2020 - 19:49	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
14/08/2020 - 10:39	Sistema	O processo foi republicado em 14/08/2020 às 10:39.

Data	Apelido	Frases
14/08/2020 - 11:56	Sistema	Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
14/08/2020 - 11:56	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
26/08/2020 - 14:23	Sistema	O processo foi republicado em 26/08/2020 às 14:23.
26/08/2020 - 14:36	Sistema	Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
26/08/2020 - 14:36	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
27/08/2020 - 09:51	Sistema	O processo foi republicado em 27/08/2020 às 09:51.
27/08/2020 - 09:52	Sistema	Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
27/08/2020 - 09:52	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
02/09/2020 - 09:03:08	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 008/2020. Em nome da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
02/09/2020 - 09:03:15	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/09/2020 - 09:07:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/09/2020 - 09:07:15	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/09/2020 - 09:07:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
02/09/2020 - 09:07:15	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/09/2020 - 09:07:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
02/09/2020 - 09:07:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/09/2020 - 09:09:44	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 39,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/09/2020 - 09:10:23	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 39,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
02/09/2020 - 09:29:18	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/09/2020 - 09:30:25	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 9,99 e marca COVID-19 IgG/IgMKit.
02/09/2020 - 09:30:25	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
02/09/2020 - 09:30:44	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2020 às 10:30.
02/09/2020 - 09:32:02	Pregoeiro	SENHOR (A) ARREMATANTE: Teriam condições de melhorar sua oferta?
02/09/2020 - 09:32:26	Pregoeiro	SENHOR (A) ARREMATANTE: Lembro que o licitante classificado em 1º lugar após a fase de lances, deverá enviar a sua proposta de preços ajustada ao seu último lance de acordo com as especificações definidas no termo de referência, e conforme consta do item 10 do edital
02/09/2020 - 09:34:01	F. GOLD ANALISA DIAG...	Negociação Item 0001: Senhor, pregoeiro, só um minuto que estou consultando minha gerência, pois já estou no meu mínimo.
02/09/2020 - 09:36:59	F. GOLD ANALISA DIAG...	Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, realmente 9,99 é nosso mínimo. Já estamos no limite.
02/09/2020 - 09:47:08	Pregoeiro	SENHOR (A) ARREMATANTE: Entendido, e lembro que o licitante classificado em 1º lugar após a fase de lances, deverá enviar a sua proposta de preços ajustada ao seu último lance de acordo com as especificações definidas no termo de referência, e conforme consta do item 10 do edital,
02/09/2020 - 09:47:58	F. GOLD ANALISA DIAG...	Negociação Item 0001: A proposta já está sendo preparada, enviaremos no prazo solicitado.
02/09/2020 - 09:59:30	Sistema	Proposta readequada do Item 0001 foram anexadas ao processo.
02/09/2020 - 09:59:42	F. GOLD ANALISA DIAG...	Negociação Item 0001: Proposta readequada enviada.
02/09/2020 - 10:35:26	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Recebemos a proposta de preços da licitante vencedora, bem como a documentação de habilitação. Informo-vos que as mesmas atendem ao instrumento editalício. Mas que a empresa classificada em 1º lugar deverá enviar amostra do item licitado à equipe técnica da secretaria de saúde conforme determina o item 08 do termo de referência.
02/09/2020 - 10:35:40	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA.
02/09/2020 - 10:36:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2020 às 11:06.
02/09/2020 - 10:51:19	Sistema	O fornecedor SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/09/2020 - 11:12:10	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: A intenção de recurso está sendo analisada.
02/09/2020 - 11:27:20	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
02/09/2020 - 11:27:20	Sistema	Intenção: A Empresa arrematante do melhor lance, não cumpriu com as exigências do edital. A Empresa GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA, não enviou as declarações exigidas no Edital. Sr. Pregoeiro, de forma respeitosa, gostaríamos que os senhores realizassem diligência pois o preço ofertado, se encontra muito abaixo do valor de mercado, tornando duvidoso a eficiência do teste.
02/09/2020 - 11:27:20	Sistema	Justificativa: Prezada SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, como dita o item 4.4 do edital as declarações são assinaladas no próprio sistema eletrônico como condição de participação, por se tratar de condição prévia e não sendo necessário apresentá-las em seus documentos de habilitação. E sobre o preço ofertado pela empresa GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA, a empresa é responsável pela sua oferta, cabe ressaltar que é inviável proibir o Estado de realizar contratação vantajosa. Em relação a diligência solicitada referente à eficiência do produto ofertado, ressalta-se que como dito anteriormente a todos os licitantes no chat, a empresa classificada em 1º lugar, como condição para adjudicação do objeto, deverá enviar amostra ao setor técnico desta municipalidade para aferição da eficiência do produto ofertado, conforme consta no item do termo de referência anexo I do edital. Portanto, nesse momento, serão dirimidas quaisquer dúvidas... (CONTINUA)
02/09/2020 - 11:27:20	Sistema	(CONT. 1) sobre a eficiência e/ou qualidade do produto ofertado. Assim, REJEITO a intenção de recurso da recorrente, por não haver os REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL; Sucumbência, Legitimidade, Interesse e Motivação, de modo que os motivos apresentados pelo licitante possuam, em tese, "um mínimo de plausibilidade para seu seguimento", permitindo ao Pregoeiro rejeitar intenções de cunho meramente protelatório". (Acórdão nº 1.440/2007-Plenário).
02/09/2020 - 11:30:06	Pregoeiro	Informamos a empresa GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA, que a amostra do objeto licitado, deverá ser entregue para análise até o final do expediente do dia 08.09.2020 na sede da Secretaria Municipal de Saúde na Rua Getúlio Vargas, 07, centro, Serra Caiada/RN, CEP: 59.245-000, que terá sua aprovação ou não conforme parecer técnico.

Data	Apelido	Frase
02/09/2020 - 11:34:41	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Informamos aos senhores que o resultado da análise será divulgado no chat e que os critérios de aceitabilidade da proposta serão de acordo com o item 8 do edital e item 8 do termo de referência.
02/09/2020 - 11:35:11	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: Agradeço em nome da Prefeitura Municipal de Serra Calada/RN, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Abrahão Allan Miranda da Silva Pregoeiro.
02/09/2020 - 11:39:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/09/2020 - 15:32:09	Pregoeiro	As amostras foram recebidas dentro do prazo estabelecido e em seguida analisadas e aprovadas pelo responsável técnico designado pela secretaria de saúde, cujo em seu parecer afirmou que o produto atendeu aos padrões especificados no termo de referência de forma satisfatória.
15/09/2020 - 15:32:22	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Abrahão Allan Miranda da Silva.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro **Vencedores** e foi concedido o prazo de intenção de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.


 Abrahão Allan Miranda da Silva
 Pregoeiro

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
 Autoridade Competente


 JOSÉ RODRIGO DE OLIVEIRA PINHEIRO
 Apoio


 João Maria de Oliveira Júnior
 Apoio