


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Serra Caiada
Prefeitura Municipal de Serra Caiada
Pregão Eletrônico - 035/2023



Resultado da Homologação

0001 - COLPOSCÓPIO, AUMENTO / CÂMERA/ MONITOR:, OPÇÃO 5: VARIÁVEL/POSSUI/POSSUI- CABEÇOTE ÓPTICO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA- ALIMENTAÇÃO 220V- TIPO DE ILUMINAÇÃO LED- GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES. - MD 500 - Valor Referência: 18.388,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MD 500	1 Unidade	17.890,00	17.890,00	Homologado em 25/03/2024 14:49:38 Por: João Maria Andrade Furtado Filho

0003 - MONITOR MULTIPARÂMETROS, PARÂMETROS/TIPO E TAMANHO DO MONITOR/SUORTE PARA MONITOR :ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP | PRÉ CONFIGURADO DE 10 A 12 POL | COM SUORTE, ALIMENTAÇÃO 220V- : DEVE APRESENTAR MONITOR COM DISPLAY LCD OU LED COLORIDO, TAMANHO MÍNIMO DE 10", RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768 PIXELS, RECURSO DE ACESSO RÁPIDO ÀS FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES NA TELA ATRAVÉS DE TOUCHSCREEN (TELA SENSÍVEL AO TOQUE); PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. PARÂMETROS VITAIS MONITORADOS DE SÉRIE: ELETROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), PRESSAO NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA 2 CANAIS, RESPIRAÇÃO, ITENS INCLUSOS: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS – ECG; 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO – SPO2; 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL; 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO; 01 CABO DE FORÇA; 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; - GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES. - K-12 / ANVISA: 80901110026 - Valor Referência: 18.666,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI	K-12 / ANVISA: 80901110026	2 Unidade	4.200,00	8.400,00	Homologado em 25/03/2024 14:49:38 Por: João Maria Andrade Furtado Filho

0004 - DETECTOR FETAL TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI - JPD-100B / Anvisa: 80901110024 - Valor Referência: 1.576,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI	JPD-100B / Anvisa: 80901110024	2 Unidade	288,00	576,00	Homologado em 25/03/2024 14:49:38 Por: João Maria Andrade Furtado Filho

JOAO MARIA ANDRADE FURTADO
Assinado de forma digital por
JOAO MARIA ANDRADE FURTADO
FILHO:05176927403
Dados: 2024.03.25 14:52:13 -03'00'

João Maria Andrade Furtado Filho

Autoridade Competente

